

2026年第四批医用耗材挂网公开征询清单

序号	名称	单位	参数
1	过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂(快速型)	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的BR-08P快速生物阅读器。30min内出结果。需具有“消”字号。
2	压力蒸汽灭菌快速生物指示剂(快速型)	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的BR-08P快速生物阅读器。30min内出结果。需具有“消”字号。
3	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶条	盒	通过灭菌前后颜色变化,验证单个灭菌包是否经历了完整的灭菌过程。需具有“消”字号。
4	B-D测试包	盒	通过测试前后颜色变化判断检测预真空/脉动真空压力蒸汽灭菌器在灭菌周期开始阶段排除冷空气的能力。需具有“消”字号。
5	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的PS-120过氧化氢低温等离子灭菌器。通过灭菌前后颜色变化,检测低温过氧化氢等离子体灭菌效果。需具有“消”字号。
6	过氧化氢低温等离子灭菌专用卡闸	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的PS-120过氧化氢低温等离子灭菌器。需具有“消”字号。
7	过氧化氢低温等离子化学指示包装袋	卷	用于包装待灭菌医疗器械。需要75mm*100m、100mm*100m、150mm*100m、250mm*100m等规格大小(或相近)。需具有“消”字号。
8	压力蒸汽灭菌化学指示标签	盒	主要用于压力蒸汽灭菌的包外或包内化学监测。需25mm*100mm(或相近)。需具有“消”字号。
9	压力蒸汽灭菌化学指示卡	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的HS-600脉动真空蒸汽灭菌器。用于监测高温高压灭菌效果,通过灭菌前后颜色变化判断灭菌包内的器械是否达到了合格的灭菌条件。需具有“消”字号。
10	压力蒸汽环氧乙烷灭菌化学指示包装袋	卷	用于包装待灭菌医疗器械。需要75mm*200m、150mm*200m、100mm*200m等规格大小(或相近)。需具有“消”字号。
11	压力蒸汽灭菌封包胶粘带	卷	作为封包材料,用于封扎、闭合待灭菌的包裹(如布包、无纺布包、硬质容器)。需具有“消”字号。
12	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的HS-600脉动真空蒸汽灭菌器。用于监测含有管腔或复杂结构的器械消毒灭菌效果。需具有“消”字号。
13	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置	盒	适用于北京白象新技术有限公司生产的PS-120过氧化氢低温等离子灭菌器。用于监测含有管腔或复杂结构的器械消毒灭菌效果。需具有“消”字号。
14	紫外线消毒强度指示卡	盒	通过光敏材料在紫外线照射下的颜色变化,快速判断紫外线灯的辐照强度是否达标。需具有“消”字号。
15	清洗效果检测卡	盒	用于验证清洗机能否有效去除污物,确保器械再处理质量。需具有“消”字号。